

AED

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Dieser OSCE setzt fortlaufende BLS durch eine*n zweite*n Helfer*in voraus und wird unter Einsatz eines AED durchgeführt
Material: BLS-Puppe Junior oder Baby, inkl. Gesicht, Handschuhe, AED

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder*in: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Sicherstellen, dass die Reanimationsmassnahmen weitergeführt werden, insbesondere die Herzdruckmassage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Material komplett vorbereiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 AED einschalten, Kindermodus auswählen, wenn vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Sprachanweisungen des Gerätes befolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Kleidung am Oberkörper des Kindes öffnen, wenn nicht bereits erfolgt (Thoraxkompressionen nicht unterbrechen!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Multifunktionselektroden nacheinander auf das Brustbein und den Rücken aufkleben (Thoraxkompressionen möglichst nur sehr kurz unterbrechen!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Darauf achten, dass niemand während der Analyse das Kind berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Schockwarnung (z.B. "Achtung Defibrillation – Weg vom Patienten – Achtung Schock") und Kontrollblick, dass niemand das Kind berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Schocktaste drücken - Schock abgeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Unverzüglich mit Thoraxkompressionen und Beatmung fortfahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Die Basismassnahmen werden maximal 10 s unterbrochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: ERC (2021). Leitlinien Kompakt, REANIMATION 2021 (elektronische Version), Deutscher Rat für Wiederbelebung, 38.

[Leitlinien-kompakt_08.11.2021 \(1\).pdf](#)