

## Infusion vorbereiten

Name und Klasse Studierende/r: \_\_\_\_\_

**Spezielles:** ---

**Material:** Einmalhandschuhe, Infusionsflasche, Infusionssystem

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

OSCE nicht erfüllt

Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

|   | erfüllt                  | nicht erfüllt            | nicht beurteilbar        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Händedesinfektion – siehe OSCE Hygienische Händedesinfektion   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 Handschuhe anziehen (oder benennen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 Infusionslösung überprüfen:<br>– Richtige Infusion (unbeschädigtes, lesbares Etikett) Haltbarkeitsdatum nicht überschritten, Konzentration der Infusionsflüssigkeit stimmt mit der Verordnung überein, Übereinstimmung zwischen der geplanten und zugelassenen Darreichungsform, unbeschädigtes Behältnis, Unversehrtheit der Infusionsflüssigkeit (z.B. klar, unverfärbt, frei von Ausflockungen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 Infusionsflasche:<br>– Infusionsflasche mit der Öffnungen nach oben ausrichten, Verschluss von der Infusion entfernen (z.B. Kappe abdrehen, Lasche abziehen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 Infusionsbesteck:<br>– Besteck auf Verfalldatum und Beschädigungen der Verpackung kontrollieren, aus der Verpackung nehmen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 Vorgehensweise:<br>– Infusionsbesteck: Rollenklemme schliessen, bis die Verbindungsleitung vollständig abgedrückt ist. Schutzhülle vom Infusionsdorn abziehen und in die stehende Infusion (Infusionshals nach oben) unter drehender Bewegung einstecken.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 Infusion umdrehen und hochhalten (evtl. Infusionsständer), Luftkammer komprimieren, bis diese zur Hälfte gefüllt ist.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 Langsames Öffnen der Rollenklemme (zur blasenfreien Entlüftung des Infusionssystems), Infusionsflüssigkeit durch die Infusionsleitung bis zum Anschlusskonus laufen lassen. – Luftleer!  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 Öffnen der bakteriendichten Belüftung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Rollenklemme an Infusionssystem schliessen, Fixation der Zuleitung an der Rollenklemme, bis der Gebrauch erfolgt.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen:

